

Số: 807 /CV-BV71TW
V/v yêu cầu cung cấp báo giá

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện 71 TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm gói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện 71 trung ương

Địa chỉ: phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Lương Tiến Dũng – Phó Trưởng khoa Dược

- SĐT: 0914.316169

- Email: tiendungth89@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược, Bệnh viện 71 trung ương, phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Nhận qua email: tiendungth89@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 23/8/2024 đến trước 16h ngày 02/9/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02/9/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mặt hàng:

- Có phụ lục đính kèm

Lưu ý: trường hợp Công ty báo giá tăng đột biến so với giá trúng thầu thì đề nghị Công ty giải trình lý do cụ thể.

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được phép lưu hành tại Việt Nam, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng như đã đăng ký

2. Địa điểm giao hàng

Khoa Dược, Bệnh viện 71 trung ương, phường Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tối đa 5 ngày kể từ khi nhận được thông báo dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:


Thanh toán trực tiếp tiền cho đơn vị cung ứng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của các công ty, cửa hàng, kinh doanh.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đăng tải Website bệnh viện;
- Lưu: VT, khoa Dược.



Thiền Đình Hưng

PHỤ LỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Công văn số: 807/ CV-BV71TW ngày 23 / 1 / 2024 của Giám đốc Bệnh viện 71 TW)

STT	Tên mặt hàng	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Băng dính lụa 2,5cmx9,1m	Băng dính vải đa dụng: - Nền vải lụa acetate taffeta mịn, mềm, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. - Keo Acrylate 30-50% (không chứa mù cao su), độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. Xé theo 2 chiều - Kích thước: $\geq 2.5\text{cm} \times 9.1\text{m}$ - Lõi giấy. Chống thấm nước.	Cuộn	1.200
2	Bơm cho ăn 50ml	Xy lanh dung tích 60cc được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xy lanh được chia vạch thể tích theo oz và cc. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Đạt tiêu chuẩn EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	300
3	Lọ nhựa đựng mẫu PS 55ml HTM nắp đỏ, có nhãn	Lọ nhựa đựng mẫu PS trắng trong, độ trơn láng cao, nắp đỏ, có nhãn. Dùng để lưu và vận chuyển mẫu. Thể tích: 55ml	Cái	3.000
4	Dây truyền máu ECO	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Dây dài $\geq 1500\text{mm}$ hoặc điều chỉnh theo yêu cầu, làm từ chất liệu PVC y tế không chứa DEHP, không gây sốt, không độc hại, tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc, các cỡ. Màng lọc ở bầu có kích thước lỗ lọc $200\mu\text{m}$, tốc độ dòng chảy 20 giọt/ml. Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về giới hạn tan máu : ISO 10993-4:2017 Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độc tính hệ thống: ISO 10993-11:2017 Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về độ nhạy cảm: ISO 10993-10:2021 Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về nội độc tố tế bào: ISO 10993-5:2009 Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về chất gây sốt: ISO 10993-11:2017	Bộ	50

		Có phiếu kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn về kích ứng: ISO 10993-23:2021 Đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14001: 2015		
5	Dây hút nhót MPV	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhãn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khóa van chia nhiều màu để phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	100
6	Ống thông tiêu 2 nhánh	<ul style="list-style-type: none"> - Hai lỗ lớn ở đầu ống được đặt chính xác giúp thoát nước hiệu quả. - Bóng mở rộng giúp lưu giữ trong bàng quang. - Van bằng nhựa hay bằng cao su - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ. 	Cái	100